



## 令和2年度 医工連携事業 学生向けデザインコンペティション 課題テーマ説明 【課題：医療用ワゴン】



1. 病院で利用するため、感染対策に一番注意してください。
  - ・汚染にかかわらず水分を含んだもので清拭できる材質（界面活性剤を含む除菌シートに耐えられる材質で変色しないもの）
  - ・平らで継ぎ目なく拭きやすい材質
  - ・トレイなどは汚染時は外して洗えること
  - ・一番下のトレイは床から30センチ以上離れていること
2. 移動時に静音であること
3. ノートパソコンを載せるため、天板の耐荷重は20kg程度が必要
4. 脇の柱等にフック等によりものをかけられることが必要
5. 可能であれば、天板以外の中のラックを片付けられ、天板を動かし、畳めることで使用中以外の時間に置き場所を少なくて済むようにできることが望ましいです。
6. ワゴンの大きさは、おおよそ左60cm×80cm程度、高さは100cm程度と目安として考えてください。

質問等があれば、募集要項に書かれている問合せ先にご連絡ください。